



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

### ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000  
Tel: (28) 3545- 4750 - RAMAIS: 2201 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 CNPJ: 27.167.394/0001-23

### EDITAL PESQUISA DE PREÇO Pesquisa de Preços Nº 000020/2021

#### Prezados Senhores

Através do presente, solicitamos de V.S. <sup>a</sup>, estimativa de preços para aquisição de Materiais destinados ao combate ao novocoronavírus - Covid-19, conforme preceitua os artigos 4º e 4º-B. Os preços unitários ofertados, deverão estar expressos em Real, com duas casas decimais após a virgula ( R\$ x, xx), deverão compreender todas as despesas, inclusive com materiais, mão de obra com os respectivos encargos sociais e administrativos, combustíveis, material de expediente, lucro. Etc... Deverão estar neles incluídos, também, todos os custos de transporte, taxas, impostos, seguros, inclusive garantias. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para pagar todas as despesas.

Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00033382	TESTE RAPIDO - COVID 19 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DOS ANTICORPOS IGG/IGM DO CORONAVÍRUS-19 EM SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL. O TESTE EM COMPARAÇÃO COM MÉTODO PCR DEVE APRESENTAR CONCORDÂNCIA PERCENTUAL COMBINADA POSITIVA (IGM E IGG) MÍNIMA DE 88% E CONCORDÂNCIA PERCENTUAL COMBINADA NEGATIVA (IGM E IGG) MÍNIMA DE 99%. O TESTE DEVE POSSUIR CONCORDÂNCIA DE COM O MÉTODO PCR DE NO MÍNIMO ENTRE 92% E 97% PARA IGM E 97% E 99% PARA IGG NO 15º DIA APÓS O APARECIMENTO DOS SINTOMAS – D1. AS CORRIDAS IMUNOCROMATOGRÁFICAS DEVEM SER SEPARADAS PARA IGG E IGM, COM DISPENSAÇÃO DE AMOSTRA E TAMPÃO EM UM POÇO PARA IGG E EM OUTRO POÇO PARA IGM. CADA CAIXA DEVERÁ CONTER: CASSETE DE TESTE COM 20 UNIDADES; CONTA GOTAS DESCARTÁVEL COM 20 UNIDADES; SOLUÇÃO TAMPÃO 1 X 6 ML E 1 (UM) INSTRUÇÃO DE USO.		KIT	700		
00002	00033326	SACO PARA CADAVER - DESCRIÇÃO:  SACO PARA CADÁVER FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), DENTRO DOS PADRÕES DA ABNT. A EMBALAGEM NÃO POSSUI SOLDAS, É REFORÇADA, SUPERFÍCIE FRONTAL COMPOSTA POR 75% COM ZÍPER, PARA FACILITAR A ABERTURA E TRANSPORTE DO CADÁVER. O SACO PARA CADÁVER VEDA COMPLETAMENTE O CORPO NO INTERIOR DA EMBALAGEM, E ASSIM EVITA QUE O CORPO TENHA CONTATO COM O MEIO EXTERNO. SACO PARA CADÁVER GRADE (G) – MEDIDA APROXIMADA: 90 CM X 220 CM  O SACO PARA CADÁVER POSSUI ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, E SÃO FABRICADOS SOMENTE NA COR CINZA.  SÃO ACONDICIONADOS EM PACOTES, E CADA PACOTE POSSUI 25 PEÇAS.		PCT	2		
00003	00033472	PULVERIZADOR SPRAY 500 ML - DESCRIÇÃO: PULVERIZADOR SPRAY 500 ML, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMPA COM REGULAGEM DO JATO.		UN	100		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

### ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Tel: (28) 3545- 4750 - RAMAIS: 2201 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 CNPJ: 27.167.394/0001-23

00004	00033105	TERMOMETRO DIGITAL PARA VACINAS - TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO MÁXIMO/MÍNIMO, COM ALARME SONORO, FABRICADO EM PLÁSTICO ABS. SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO DE 1,80CM. DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE TRÊS DÍGITOS.		UN	20		
						<i>Total Geral</i>	

#### Validade da Proposta

À Proposta terá validade por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

#### Prazo de Entrega

O Material deverá ser entregue no prazo de \_\_\_\_ (dias) após a Autorização de Fornecimento.

**AS PROPOSTAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS FISICAMENTE AO SETOR DE COMPRAS OU POR MEIO DIGITAL PARA O E-MAIL [samuel.compras@iuna.es.gov.br](mailto:samuel.compras@iuna.es.gov.br). ATÉ DIA 18/05/2021 ÀS 12H.**

#### Local de Entrega

O Material será entregue no Almojarifado Central da Prefeitura.

Iúna/ES, 13 de maio de 2021.

Carimbo, CNPJ e Assinatura do Fornecedor

Durval Dias Santiago Júnior  
Secretário Municipal de Saúde