



Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA/ES PREGÃO PRESENCIAL 003/2022

4 mensagens

Anneliza Argon <anneliza.argon@medlevenoehn.com.br>

31 de janeiro de 2022 15:03

Para: licitacao@iuna.es.gov.br

Cc: Alinny Rafalsky <alinny@medlevenoehn.com.br>, thiago pereira <thiago.pereira@medlevenoehn.com.br>, Victoria Menezes <victoria.menezes@medlevenoehn.com.br>, Eduardo Correa <eduardo.correa0533@gmail.com>, Shirley Borges <enf.shirley@medlevenoehn.com.br>, Robson de Paulo <robsondepaulo@medlevenoehn.com.br>, tulio oliveira <tulio.oliveira@medlevenoehn.com.br>, Maira Barbosa <maira.barbosa@medlevenoehn.com.br>

Prezados, em atenção ao disposto no item 1.7 do edital, seguem abaixo algumas dúvidas a serem esclarecidas:

I – Profundidade lanceta

O descritivo do **item 168** pede que a lanceta seja 21G e possua profundidade de 2,4mm.

Esta licitante interessada, entende que a profundidade deve ser de **ATÉ** 2,4mm. Este entendimento está correto?

Afinal, quanto menor a profundidade maior será o conforto para o usuário, além disso, o que determina o fluxo do sangue é o GAUGE e não a profundidade.

Considerando que quanto maior o número de licitantes participantes maior a competitividade e haverá maior disputa de lances.

Considerando que quanto menor a profundidade da lanceta, mais confortável e menos dolorosa é a punção para o usuário.

Pergunta-se:

As licitantes poderão cotar lancetas 21G com profundidade de ATÉ 2,4mm ?

Quais as vantagens que a lanceta 21G com 2,4mm poderão trazer e que as lancetas 21G com profundidade de 1,8mm ou 2,2mm não oferecem?

II - Quantidade de monitores em comodato

O descritivo do **item 187** estabelece que a licitante vencedora deverá fornecer 263 monitores para atender à aquisição de 157.500 unidades de tiras.

O equivalente a 1 monitor para cada 598 unidades de tiras.

Ocorre que, pela prática de mercado, as licitantes fornecem 1 aparelho para cada 1.000 tiras adquiridas no certame.

Portanto, para esse certame seriam fornecidos 158 monitores.

Como se vê, a quantidade de monitores exigida no edital está muito acima da proporção praticada pelo mercado.

Por óbvio que a proporção monitores/tiras não chega a ser um impedimento à participação das licitantes, entretanto, a exigência da **quantidade excessiva de monitores certamente**

ensejará o aumento do valor de contrato, na medida em que as licitantes tenderão a compensar a quantidade excessiva de monitores no valor da proposta.

Daí a importância de a Administração avaliar a correta quantidade de monitores para obter uma proposta de preços realmente vantajosa.

Então, **pergunta-se**:

1. As licitantes poderão considerar a proporção utilizada pela prática de mercado?
2. O custo dos monitores exigidos compensa o aumento do valor do contrato?
3. Essa quantidade excessiva de monitores poderá ser justificada caso haja eventual fiscalização?

III – Quantidade de teste por caixa

O descritivo do **item 216** exige que cada caixa contenha 20 unidades de testes e acompanhe as lancetas.

Ocorre que essa exigência reduzirá o rol de licitantes sem com isso trazer qualquer vantagem ou benefício para a Administração ao para o usuário.

Afinal, a apresentação do produto (quantidade por caixa) é mero diferencial comercial, não gerando qualquer impacto na utilização do produto ou no resultado desejado.

Portanto, seria restrição à competitividade.

Assim, **pergunta-se**:

(a) Para fins de isonomia na competitividade, as licitantes poderão apresentar proposta conforme a quantidade por caixa estabelecida no edital, porém, quando da entrega, entregar os produtos em caixa com quantidade diversa, **desde que respeitada e entregue a quantidade solicitado no empenho e no edital?**

(b) As lancetas poderão ser entregues de forma separada ao kit de testes, desde que em quantidade suficiente para a realização de todos os testes?

Atenciosamente,



microlife



VEROMED



Anneliza Argon

Juliana

Escritório / Office: (21) 3557 -1484

anneliza.argon@medlevensohn.com.br

www.medlevensohn.com.br

2 anexos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES PP 003-2022 ANEXO I.pdf
5505K

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES PP 003-2022 MAT 03-02.pdf**
3481K

Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>
Para: Secretaria Saúde <saude@iuna.es.gov.br>

31 de janeiro de 2022 16:47

Boa tarde!


Conforme contato telefônico, favor responder os questionamentos abaixo.


Aguardo retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Prefeitura Municipal de Iúna
Setor de Licitações
(28)3545-4754
licitacao@iuna.es.gov.br

2 anexos

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES PP 003-2022 ANEXO I.pdf**
5505K

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES PP 003-2022 MAT 03-02.pdf**
3481K

Secretaria Saúde <saude@iuna.es.gov.br>
Para: Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

1 de fevereiro de 2022 15:21

Em relação ao disposto no item I:

Sim, a parte perfurante da lanceta de ter ATÉ 2,4mm (isso quer dizer que pode ser menor, mas não maior que isso, pois pode causar um ferimento desnecessário no paciente). Porém, deve haver uma medida mínima, pois de ela tiver menos de 1,5mm, não vai perfurar o tecido e não vai sangrar.

item II:

Pode-se considerar a proporção utilizada pela prática de mercado, este custo pode justificar o aumento do contrato. A quantidade de monitores é baseada na quantidade de usuários cadastrados no município com tal necessidade.

item III:

A empresa poderá entregar os produtos em caixa com quantidade diversa, desde que respeitada e entregue a quantidade solicitada no empenho e no edital e que as lancetas sejam em quantidade respectiva.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>
Para: Anneliza Argon <anneliza.argon@medlevenoehn.com.br>

1 de fevereiro de 2022 15:36

Prezado fornecedor, boa tarde!

Segue resposta dos questionamentos.

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria Saúde** <saude@iuna.es.gov.br>

Date: ter., 1 de fev. de 2022 às 15:25

Subject: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA/ES PREGÃO PRESENCIAL 003/2022

To: Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

Em relação ao disposto no item I:

Sim, a parte perfurante da lanceta de ter ATÉ 2,4mm (isso quer dizer que pode ser menor, mas não maior que isso, pois pode causar um ferimento desnecessário no paciente). Porém, deve haver uma medida mínima, pois de ela tiver menos de 1,5mm, não vai perfurar o tecido e não vai sangrar.

item II:

Pode-se considerar a proporção utilizada pela prática de mercado, este custo pode justificar o aumento do contrato. A quantidade de monitores é baseada na quantidade de usuários cadastrados no município com tal necessidade.

item III:

A empresa poderá entregar os produtos em caixa com quantidade diversa, desde que respeitada e entregue a quantidade solicitada no empenho e no edital e que as lancetas sejam em quantidade respectiva.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

ESCLARECIMENTO - *URGENTE*** SOLICITO ESCLARECIMENTO PM IÚNA**

4 mensagens

Ana Paula <ana.valadares@hospidrogas-es.com.br>
 Para: "licitacao@iuna.es.gov.br" <licitacao@iuna.es.gov.br>

1 de fevereiro de 2022 10:36

Bom dia!

Solicito gentilmente esclarecimento para o seguinte item:

OBS: GENTILEZA ESCLARECER SE O MESMO SERÁ ABERTO OU FECHADO ?

do tamanho da compressa, se é 7,5x7,5 fechada (15x30 aberta) ou 10x10 fechada (20x40 aberta).

00032 LOTE 32 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP						
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00032014	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CAIXA COM 400PACOTES - DESCRIÇÃO: - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS COM DIMENSÃO DE 7.5 X 7.5 CM QUANDO FECHADAS E 15 X 30CM QUANDO ABERTAS E 10 X 10CM QUANDO FECHADAS E 20 X 40CM QUANDO ABERTAS. SÃO ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS. SÃO TAMBÉM INODORAS E INSÍPIDAS. SUA ESTERILIZAÇÃO É FEITA POR IRRADIAÇÃO GAMA OU POR ÓXIDO DE ETILENO. PODE OU NÃO CONTER O FILAMENTO RADIOPAÇO. INDICADO PARA AUXÍLIO NAS DIVERSAS CIRURGIAS, BEM COMO PARA CURATIVOS EM GERAL NOS HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS E PRONTOS-SOCORROS. TEM COMO FINALIDADE ABSORVER LÍQUIDOS OU SECREÇÕES, LIMPAR E COBRIR FERIMENTOS E CURATIVOS EM GERAL, NOS QUAIS A PRESENÇA DE MICROORGANISMOS OU QUALQUER TIPO DE IMPUREZA NÃO É TOLERÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ CONTER REGISTRO NA ANVISA.	CX	300,00			
Quantidade			300,00	Valor Total do Lote		

Att.

ANA PAULA VALADARES

Secretaria de Saúde

E-mail: ana.valadares@hospidrogas-es.com.br

Rua Alcides Reis, 10

Prédio Espírito Santo - Vila Esperança

CEP 29107-240 • Tel: 3229 1000



HOSPIDROGAS

Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>
Para: Secretaria Saúde <saude@iuna.es.gov.br>

1 de fevereiro de 2022 10:39

Bom dia!

Favor responder este questionamento também.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Prefeitura Municipal de Iúna

Setor de Licitações

(28)3545-4754

licitacao@iuna.es.gov.br

Secretaria Saúde <saude@iuna.es.gov.br>
Para: Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

1 de fevereiro de 2022 15:25

Os fatores básicos são a quantidade de fios e a apresentação:

◆ Tamanho

Os tamanhos básicos das compressas de gazes são 7,5x7,5cm e 10x10cm. Também existem a gaze em rolo ou tipo queijo, pela semelhança com um queijo, nos tamanhos 91cmx50m ou 91cmx91m.

◆ Fios

Existem compressas de gazes de 9, 11 e 13 fios basicamente e a quantidade de fios diz respeito a junção dos fios, ou seja, uma gaze de 9 fios é mais rala que a de 11 fios, e é mais rala que a 13 fios. Quanto mais fios, geralmente maior a absorção da gaze.

◆ Apresentação

Estéril e Não Estéril. Geralmente a gaze estéril é vendida em pacotes com menos quantidades, 5 ou 10 unidades, e a gaze não estéril é geralmente comercializada em pacotes com 500 und. Uma gaze não estéril, não significa ser uma gaze suja ou outra situação que comprometa a higiene da mesma, apenas não pode ser utilizada em ambientes que requeiram um ambiente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>
Para: ana.valadares@hospidrogas-es.com.br

1 de fevereiro de 2022 15:39

Prezado fornecedor, boa tarde!

Segue resposta do questionamento.

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria Saúde** <saude@iuna.es.gov.br>

Date: ter., 1 de fev. de 2022 às 15:29

Subject: Re: ESCLARECIMENTO - ***URGENTE*** SOLICITO ESCLARECIMENTO PM IÚNA

To: Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

Os fatores básicos são a quantidade de fios e a apresentação:

◆ Tamanho

Os tamanhos básicos das compressas de gazes são 7,5x7,5cm e 10x10cm. Também existem a gaze em rolo ou tipo queijo, pela semelhança com um queijo, nos tamanhos 91cmx50m ou 91cmx91m.

◆ Fios

Existem compressas de gazes de 9, 11 e 13 fios basicamente e a quantidade de fios diz respeito a junção dos fios, ou seja, uma gaze de 9 fios é mais rala que a de 11 fios, e é mais rala que a 13 fios. Quanto mais fios, geralmente maior a absorção da gaze.

◆ Apresentação

Estérel e Não Estérel. Geralmente a gaze estérel é vendida em pacotes com menos quantidades, 5 ou 10 unidades, e a gaze não estérel é geralmente comercializada em pacotes com 500 und. Uma gaze não estérel, não significa ser uma gaze suja ou outra situação que comprometa a higiene da mesma, apenas não pode ser utilizada em ambientes que requeiram um ambiente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

