



lúna/ES, 04 de julho de 2023

OFÍCIO EXTERNO/SMS/IÚNA/Nº 453/2023. Assunto: Processo 3882/2022

Ao setor de licitação

Pelo presente, manifestamos desinteresse pela aquisição do item do lote 16 (Eletrocardiográfo), tendo em vista desconformidade ao solicitado, haja vista que o produto especificado realiza impressão em papel A4, sendo que o produto do vencedor do certame, não atente a esta descrição.

Atenciosamente,

DURVAL DIAS SANTIAGO JÚNIOR SECRETÁRIO DE SAÚDE