



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 4750 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

21/03/2024
09:07:57

Processo Nº 000176/2024

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00001	00019933	MANUTENCAO CORRETIVA DE CAMARA DE VACINA a manutenção corretiva tem por finalidade corrigir falhas e defeitos no funcionamento dos equipamentos/aparelhos, não tendo periodicidade definida; a empresa contratada deverá prestar atendimento sempre que solicitado através de chamadas em forma eletrônica através do software disponibilizado pela empresa contratada. os atendimentos corretivos deverão ser efetuados em até 72 horas após o registro do chamado no sistema. registrar todo atendimento através de ordens de serviços eletrônicas que serão arquivadas em um software específico de gestão de manutenção em equipamentos para área de saúde. esse software de gestão deve ser da empresa contratada que por sua vez liberará acesso para o gerenciamento em tempo real do gestor responsável pelo contrato do município.	HORA	100	350,00	35.000,00
00002	00019932	MANUTENCAO PREVENTIVA DE CAMARA DE VACINA manutenção preventiva em câmara de vacina composta por limpeza do condensador, verificação da eletrônica, refrigeração, vedação da porta, aferição dos sensores, avaliação e desempenho através de dados, verificação da vedação do sistema degelo a seco, verificação da mangueira esponjosa da unidade compressora, verificação da conservação geral e funcionamento dos rodízios, substituição do tech gel se houver, substituição da glicerina bidestilada, verificação do sistema de emergência, verificação do sistema data logger e verificação, posicionamento e fixação dos sensores	SVÇ	6	2.257,50	13.545,00
00003	00034289	PECAS PARA MANUTENCAO EM CAMARAS PARA VACINAS para a manutenção corretiva, preventiva, calibração, qualificação térmica e teste de segurança elétrica com fornecimento de mão de obra especializada em câmaras para conservação de vacinas com fornecimento de peças. informações pormenorizadas conforme termo de referência	R\$	40000	0,86 (14%)	34.400,00
00004	00019934	QUALIFICACAO TERMICA DE CAMARA DE VACINA verificar se os valores medidos no interior da câmara de vacina se estão dentro da tolerância determinada pelo fabricante e normas vigentes. tal serviço é indispensável para garantir a segurança dos processos e a segurança do paciente. deve ocorrer no mínimo uma vez ao ano ou toda vez que se fizer necessário uma manutenção com intervenção de maior complexidade no equipamento e alteração dos parâmetros estabelecidos e qualificados. os dados obtidos pelos analisadores certificados devem ser comparados em cumprimento a abnt nbr nbr iso 17665-1, nbr iso 17665-2, en 285, nbr 16328 e nbr iso 15883.	SVÇ	6	2.400,00	14.400,00
00005	00019937	SERVICO DE DESLOCAMENTO deslocamento técnico	KM	2500	4,18	10.450,00
00006	00019936	SERVICO DE RECARGA DE GAS EM CAMARA DE VACINA recarga de gás de câmara de vacina	SVÇ	6	1.251,80	7.510,80
00007	00019935	SERVICO DE REMOCAO DE CAMARA DE VACINA remoção e transporte de câmara de vacina para oficina e retorno ao local definido pela secretaria de saúde.	SVÇ	6	1.587,60	9.525,60
						124.831,40